CareLink™ PRO

Administrativni vodič za sistem

Medtronic

Medtronic MiniMed

Northridge, CA 91325 USA
800-646-4633 (800-MiniMed)
818.576.5555
www.minimed.com

E.U. Representative

Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
The Netherlands
31 (0) 45 566 8000
www.minimed.com

MP6025280-271 Revision A_Date 111207

© 2007 Medtronic MiniMed. Sva prava zadržana. /

Srpski

Pristup datotekama sa podacima

CareLink Pro skladišti podatke o korisnicima i uređaju u centralnu datoteku sa podacima **(carelink.cldb)** i u povezanu datoteku licence**(carelink.lic)**. Početna veličina datoteke sa podacima je 15 MB, ali ona može porasti i na 2 GB prostora na disku u zavisnosti od broja zapisa o pacijentima i podataka povezanih sa svakim zapisom.

Ako želite da instalirate CareLink Pro na više računara koji će pristupati istim podacima, bazu podataka morate postaviti na deljenu lokaciju:

a. Tokom prve instalacije, kreirate fasciklu kojoj svi računari mogu pristupiti na mrežnom disku. Uverite se da je ova fascikla dovoljne veličine (preporučuje se 4 GB).

NAPOMENA: Ako tokom instalacije kreirate novu fasciklu sa podacima, ona će biti kreirana sa **neograničenim korisničkim privilegijama**. Ako želite da ograničite pristup ovoj fascikli, kreirajte korisničku grupu za svoje CareLink Pro korisnike. Zatim promenite dozvole pristupa fascikli sa podacima za novu korisničku grupu.

b. Tokom narednih instalacija izaberite opciju **„Connect to an existing Medtronic CareLink Pro database“ (Poveži se sa postojećom Medtronic CareLink Pro bazom podataka)** i izaberite bazu podataka koju ste kreirali prilikom prve instalacije.

Korisničke privilegije

CareLink Pro zahteva administrativna prava za instaliranje, ali korisnik sa ograničenim nalogom može da pokrene aplikaciju.

Ako korisnici u vašoj klinici imaju ograničene naloge, uverite se da imaju dozvole da izvrše sledeće radnje:

- Pokretanje .NET aplikacija
- Kreiranje, čitanje, pisanje i čuvanje datoteka u fascikli sa podacima
- Pristup Internetu (za sinhronizaciju podataka o pacijentima sa uslugom CareLink Personal i za dobijanje automatskih ispravki)
- Otvaranje serijskih i USB portova (za čitanje uređaja)
- Štampanje (za štampanje izveštaja)

Konfigurisanje zaštitnog zida

Ako vaša mreža koristi zaštitni zid, imajte sledeće stavke na umu:

- Sve komunikacije između CareLink Pro i usluge CareLink Personal pokreće CareLink Pro softver i koristi HTTP/S.
- Aplikaciji treba odobriti dozvole za izlazne veze na portovima 80 i 443 za oba sledeća servera:
  - carelink.minimed.com
  - clpro.medtronicdiabetes.com

Nadgledanje pristupa zapisima o pacijentima

Da biste pratili pristup zapisima o pacijentima od strane korisnika, CareLink Pro generiše **Datoteku evidencije o pristupu**. Da bi koristili ovu funkciju, korisnici se moraju prijaviti na svoje individualne Windows naloge. Ova datoteka se može izvesti kao datoteka sa vrednostima odvojenim zarezima sledeći ove korake:

a. Izaberite **Tools (Alatke) > Export Access Log (Izvezi evidenciju pristupa)** u CareLink Pro meniju.
b. Izaberite lokaciju i imenujte datoteku evidencije pristupa.
c. Kliknite na dugme **Save (Sačuvaj)** .

Primena softverskih ispravki

Preporučuje se da korisnici koriste najnoviju verziju programa CareLink Pro. Ažurirane verzije softvera su periodično dostupne i mogu sadržati važna poboljšanja. Korisnici imaju opciju automatskog obaveštavanja o dostupnosti ispravki (podrazumevana postavka), a mogu i ručno da proveravaju da li postoje ispravke.

- Ako je korisnik izabrao da dobija automatska obaveštenja o ispravkama, CareLink Pro proverava da li postoje ispravke svaka 4 časa.

Za instaliranje ispravki potrebne su administratorske privilegije. Korisnici će biti obavešteni da se obrate administratoru ako nemaju potrebne privilegije.

Pravljenje rezervne kopije i vraćanje baze podataka u prethodno stanje

CareLink Pro skladišti sve informacije o pacijentima u datoteku centralne baze podataka i održava prateću datoteku licence koja sadrži informacije o pristupu.

Korisnici mogu da naprave **rezervnu kopiju** datoteka baze podataka. Mogu i da **vrate sistem u prethodno stanje** iz rezervne kopije. Da bi se održao integritet podataka, obe operacije ne dozvoljavaju pristup sistemu tokom izvršavanja.

Upozorenje: operacija vraćanja u prethodno stanje vraća bazu podataka u stanje u kojem je bila pre pravljenja izabrane rezervne kopije. To znači da će biti izgubljeni podaci dodati između pravljenja rezervne kopije i vraćanja u prethodno stanje.

Da biste napravili rezervnu kopiju:

a. Izaberite stavku **Tools (Alatke) > Backup Database (Napravi rezervnu kopiju baze podataka)**.

b. Izaberite lokaciju za skladištenje datoteke rezervne kopije.

c. Kliknite na dugme **Save (Sačuvaj)**.

d. Kada se pravljenje rezervne kopije završi, pojaviće se dijalog. Kliknite na dugme **OK (U redu)**. Datoteka rezervne kopije se zatim može kopirati na traku ili CD.

Da biste izvršili vraćanje u prethodno stanje:

a. Izaberite stavku **Tools (Alatke)> Restore Database (Vrati bazu podataka u prethodno stanje)**.
b. U dijalogu izaberite datoteku rezervne kopije koju želite da vratite u prethodno stanje.
c. Kliknite na dugme **Open (Otvori)**.
d. Kada se vraćanje u prethodno stanje završi, pojaviće se dijalog. Kliknite na dugme **OK (U redu)**.